Användarmanual

Produktnamn: Orthodontic Metal Bracket

Avsedd användning

Ortodontiskt fäste appliceras på tandkorrigering av stomatologi. Vid klinisk operation, fäst det ortodontiska fästet på tändernas yta, ge stödkraft för korrigering av deformerad tand och sänk syftet med att justera tanden.

Produktfunktion :
Ortodontisk behandling är en lång och långsam process, under denna process är professionella tandläkare nödvändiga för att hantera oöppnande tand med en mängd olika metoder samt för att flytta tanden till rätt position. Professionella tandläkare sätter olika tandregleringskrafter på tanden genom att använda tandreglering fäste buccal tub, band och andra ortodontiska produkter, så att tanden kan flyttas till rätt position, uppnå syftet med att justera tanden.

Produkttypspecifikationer:
Pulvermetallurgiska metallfästen är indelade i Copolla, Ophro, Atua, Pro MIM , Act MIM är Fem typer av modeller, i enlighet med de tekniska parametrarna för pulvermetallurgiska metallkonsoler uppdelad i Roth, Mc B e T r, R oth +, kantvis f vår specifikationer, de specifika modellspecifikationerna ser schemat.
Huvudstruktur:
Pulvermetallurgi metallfäste är uppdelat i vanliga metallfästen och självlåsande metallfästen efter typ, och pulvermetallurgi metallfästet är tillverkat av råvarorna i 05C r 17N i 4C u 4N b rostfritt stålmaterial enligt GB / T 1220 -2007 "rostfritt stålstång", och bottenplattans material består av GB / T 1220-2007 "RUSTFRITT stålstång" för 06 C r19 N i10 rostfritt stålmaterial tillverkat av råvaror. Pulvermetallurgi metallfäste består av en bas och en bottenplatta (självlåsande metallfäste som innehåller granatsplinter).

Metod för avbetalning och tillämpning:
1. Innan du använder, rengör tandytan och undersidan av konsolnätverket
2. Innan du använder bör tandläkare avsluta förberedelsearbetet i första fasen, t.ex. rengöring av tändytan och konsolnätets bas etc. , och sterilisera denna produkt.
3. Sprid speciellt ortodontiskt lim jämnt på tändytan och fästets nätbas.
4. Sätt tandregleringskonsolen på tandytans rätt läge ; fixa det efter reaktion av lim.
5. Varje konsol bara vara utsedd tänder läge, annars wouldn ' t får förväntad effekt, även orsaka bettstörningar.
6. Om fästet tappar under behandlingen, bör fästet från samma tillverkare användas som komplement.
7. När ortodontisk behandling är klar bör fästet tas bort under klinikguiden för att undvika onödiga skador.

Metod för att öppna och stänga en rutschkana eller granatsplinter i en självlåsande fäste i pulvermetallurgi:

1. Självlåsande fäste av metall (glid) Öppet: Använd den speciella fästet för att låsa upp verktyget i spåret, rotera 90 grader för att böja ledningen fri in och ut spårkroken.
2. Självlåsande fästen av metall (glidande) Stängning: Använd speciella tänger eller fingrar längs fästena i riktning mot axelns lutning för att skjuta skjutreglaget för att få en tydlig "drag" -känsla för att slutföra stängningsåtgärden.
3. Metall självlåsande fäste (granatsplit) Öppna: Använd ett speciellt fäste för upplåsning av fästet för att fästa spetsen på fjäderänden i fästena längs axelns lutningsriktning mot käften till SANLA, du kan öppna eller med en speciell fästets upplåsningsverktyg infört i spåret på granatsplint som roterar öppet.
4. Självlåsande fäste av metall (granatsplit) Stäng: Använd ditt finger längs fästena i riktning mot ljusets axelvinkel, tryck granatsplinten kan stängas.

Försiktighetsåtgärder:

1. Denna produkt är endast avsedd att användas av tandläkare efter träning.
2. Användningen av denna produkt före konventionell rengöring eller alkoholavtorkning, rengör utan färg- och formförändringar, påverkar inte korrigeringseffekten.
3. Använd den här produkten. Försök att inte äta mer hård mat för att förhindra att metallfästena i metallurgi fäster.
4. Denna produkt kan endast användas en gång, inte återanvändbar.

Kontraindikationer:

1. Patienter med periodontal sjukdom måste behandlas långt innan de kan användas.
2. För allergisk rostfritt stål, nickelmaterial.
3. Andra order för efterlevnad.

Konserveringsmetod : I icke-frätande gas, ventilerad miljö för att spara.

Giltighetsperiod: De förpackade ortodontiska metallfästena används i tre år från leveransdatumet, under förutsättning att reglerna för lagring och användning följs. Produktionsdatum och produktionsbatchnummer finns på förpackningsetiketten.
Sammanställningsdatum: 25 oktober 2016

Markera:

CE 0197



Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10,le Verd,2595AA,
Haag , Nederländerna
E-post： peter@lotusnl.com
Tel: +31644168999



Innovativt material och enheter, Inc.
Byggnad nr 5, No.615, Fengdeng Road, Jiading District, Shanghai
Tel: 86-21-59156556 Fax:86-21-59156686
www.imdmedical.com