Taalgesp handleiding

Productnaam: linguale gesp

Productfunctiegebruik: geschikt voor gebruik als functioneel orthodontisch hulpmiddel tijdens orthodontische behandelingen.

Productmodelspecificatie:

Volgens specificaties worden linguale gespen onderverdeeld in gebonden linguale gespen en gelaste linguale gespen.

Samenstelling van de productstructuur: de linguale gesp is gemaakt van roestvrij staal 06Cr19Ni10 (304) en de basisstructuur bestaat uit het linguale gesplichaam en het achterblad. Plak het op een bepaald deel van de tongkant van de tand die moet worden gecorrigeerd (hechtingstype), of plaats het aan een bepaald deel van de tong met een ring (lastype), en gebruik elastische draad of elastiekjes voor tractie om het doel van correctie bereiken.

De massafractie van de chemische samenstelling van de gesp aan de zijkant van de tong voldoet aan de vereisten van GB/T1220-2007 "Roestvrijstalen staaf". (Zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding, eenheid %)

C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni
≤0.08	≤1	≤2	≤0.045	≤0.03	18-20	8-11

De procentuele massafractie van andere sporenelementen cadmium, beryllium en lood in het product is niet meer dan 0,02%, en de procentuele massafractie van nikkel in het product is niet meer dan 11%.

Productprestaties:

Fysieke eigenschappen:

Het oppervlak van de linguale gesp moet helder zijn, vrij van vlekken, scheuren, randen, defecten of vervormingen; het onderste gaas van de zelfklevende linguale gesp moet helder, schoon en vrij van vreemde stoffen zijn; onder normale gebruiksomstandigheden moet het oppervlak mag niet verkleuring of corrosie optreden; de oppervlakteruwheid Ra-waarde moet ≤0,8 m zijn; de linguale gesp moet bepaalde mechanische eigenschappen hebben. De gelaste linguale gesp moet aan de lichte riemring worden gelast, gedurende 1 minuut 20N kracht uitoefenen en observeren de linguale zijde met blote ogen De gesp heeft geen duidelijke vervorming, de zelfklevende linguale gesp is vastgelijmd aan het glazuuroppervlak en 30 N kracht wordt gedurende 1 minuut uitgeoefend. Er is geen duidelijke vervorming van de linguale gesp door observatie met het blote oog.

Toepassingsgebied:

Het is geschikt voor gebruik als functioneel orthodontisch hulpmiddel tijdens orthodontische behandelingen om torsie en kanteling van tanden te corrigeren.

Instructies:

1. Reinig het tandoppervlak en reinig het product voor gebruik. De aanbevolen reinigingsmethode is: regelmatig reinigen of wrijven met alcohol.
2. Gebruik een glazuurlijm die voldoet aan de specificatie om dit product (hechtingstype) op het overeenkomstige tandoppervlak te hechten; dit product (lastype) wordt door de arts met een ring aan de zijkant van de tong gelast of direct gebruikt. voorgelaste bandring geproduceerd door de fabrikant.

3. Plaats de elastische draad of rubberen band in de linguale gesp om tractie te bereiken en het doel van correctie te bereiken.

Preventieve maatregelen:

1. Ontgift voordat u dit product gebruikt.
2. Routinematige reiniging of wrijven met alcohol, er zal geen kleur- of vormverandering zijn na het reinigen en het correctie-effect wordt niet beïnvloed.
3. Probeer bij het gebruik van dit product geen hard voedsel te eten om te voorkomen dat het eraf valt.
4. De sterilisatieomstandigheden bij hoge temperatuur en hitte van conventionele tandheelkundige instrumenten hebben geen invloed op de prestaties van de linguale gesp.

Logo：

Dit product wordt alleen gebruikt door artsen

Dit product kan maar één keer worden gebruikt, niet herbruikbaar.

Opslagmethode: Opslaan in een niet-corrosieve, geventileerde, gasvormige omgeving.

Garantieperiode: De verpakte linguale gesp heeft een garantieperiode van 3 jaar vanaf de datum van levering, afhankelijk van de opslag-, transport-, opslag- en gebruiksregels. De productiedatum en het batchnummer staan vermeld op het verpakkingsetiket.

Datum van voorbereiding: 02 mei 2017

Mark:

CE 0197



Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10,le Verd,2595AA,
Den Haag, Nederland
E-mail: peter@lotusnl.com
Tel: +31644168999



Innovatief materiaal en apparaten, Inc
Gebouw #5, No.615, Fengdeng Road, Jiading District, Shanghai
Tel: 86-21-59156556 Fax: 86-21-59156686
www.imdmedical.com